

VIKTIGT SÄKERHETS MEDDELENDEN TILL MARKNADEN**Philips Respiration - Sleep and Respiratory Care
Meddelande till DME-leverantörer/distributörer/förskrivare****Amara View Minimal Contact Full-Face Mask****DreamWear Full Face Mask****DreamWisp Nasal Mask with Over the Nose Cushion****Wisp Nasal Masks och Wisp Youth Nasal Masks****Therapy Mask 3100 NC/SP**

08 Dec 2022

Det här dokumentet innehåller viktig information om fortsatt säker användning av dina masker med magneter

- Läs följande information och tillhörande vanliga frågor för uppdaterade kontraindikationer och varningar – korrigering av Philips Respiration-masker med magneter ("vanliga frågor") tillsammans med alla anställda som behöver vara medvetna om innehållet i den här kommunikationen. Det är viktigt att förstå innebörderna i meddelandet.
- Spara en kopia tillsammans med bruksanvisningen till masker med magneter.

Bästa kund,

Följande Philips Respiration-patientenheter (helmasker och näsmasker) – Amara View Minimal Contact Full-Face Mask, DreamWear Full Face Mask, DreamWisp Nasal Mask with Over the Nose Cushion, Wisp Nasal Masks, Wisp Youth Nasal Masks och Therapy Mask 3100 NC/SP – innehåller magneter.

Det här säkerhetsmeddelandet till marknaden är avsett att informera dig om att Philips Respiration uppdaterar befintliga kontraindikationer och varningar för ovanstående masker med magneter till följd:

Kontraindikation: Användning av mask är kontraindicerat för patienter och hushållsmedlemmar, vårdgivare och sängpartner som kan komma att vara i närheten av patienter som använder maskerna, om de har implantatenheter som kan påverkas av magneter, inklusive men inte begränsat till:

- Pacemakrar
- Implanterbara defibrillatorer (ICD)
- Neurostimulatorer
- Magnetiska metallimplantat/elektroder/klaffar placerade i övre extremiteter, bål eller högre (dvs. nacke och huvud)
- CSF-shuntar (cerebrospinalvätska) (t.ex. VP-shuntar (ventrikuloperitoneal))
- Aneurysmklämmor
- Emboliska spolar
- Intrakraniella aneurysmenheter för störning av intravaskulärt flöde
- Metalliska kraniumpatror, skruvar, borrhållsskydd och benersättningseheter
- Metallflisor i ögat
- Okulära implantat (t.ex. grönstarrimplantat, näthinneimplantat)
- Vissa kontaktlinser med metall
- Hörsel- eller balansimplantat som har en implanterad magnet (som kokleaimplantat, implanterade benledningshörapparater och auditiva hjärnstamimplantat)
- Magnetiska tandproteser
- Metalliska mag-tarmklämmor
- Metalliska stentar (t.ex. aneurysm, kranskärl, trakeobronkial, gallväg)
- Implanterbara portar och pumpar (t.ex. insulinpumpar)
- Hypoglossusnervstimulatorer
- Enheter märkta som ej MR-säkra (magnetresonans)

- Magnetiska metalliska implantat som inte är märkta för MR eller inte utvärderade för säkerhet i ett magnetfält
- Varning:** Magneter med en magnetisk fältstyrka på 400 mT används i masken. Med undantag för de enheter som identifieras i kontraindikationen ska du se till att masken hålls minst 15,24 cm (6 tum) från alla andra medicinska implantat eller medicintekniska produkter som kan påverkas av magnetfältet för att undvika potentiella effekter från lokala magnetfält. Detta innefattar hushållsmedlemmar, vårdgivare och sängpartner som kan komma att vara i närheten av patienter som använder maskerna.

1. Vad problemet är och under vilka omständigheter det kan inträffa

- De berörda maskerna innehåller magneter som potentiellt kan påverka funktionen för och/eller föranleda förflyttning/förskjutning av medicinska implantat eller medicintekniska produkter som kan påverkas av magnetfälten.
- Se kontraindikationer och varningar i det här meddelandet för ytterligare information.

2. Beskriv den risk/skada som är förknippad med problemet

- Med undantag för enheterna i kontraindikationen, om maskens magneter placeras mindre än ca 15,24 cm (6 tum) från metallimplantat/-enheter kan magneterna göra att enheten inte fungerar som avsett, vilket kan resultera i allvarlig skada.
- Fram till och med 14 oktober 2022 har tjugofem händelser rapporterats som tyder på att maskens magneter har påverkat patienters medicintekniska produkter, vilka har innefattat: pacemakerstörningar, felaktigt fungerande pacemakrar vilket har lett till byte, behov av shuntjustering, återställning av automatiska implanterbara defibrillatorer (AICD), anfall, defibrillatorer som periodiskt stängs av, arytmia, oregelbundet blodtryck, förändring av hjärtslag och kognitiva problem.

3. Berörda produkter och hur de identifieras

På bilderna 1–5 ses de berörda maskerna och bild 6 (nästa sida) innehåller deras artikelnummer. Maskernas magnetiska klämmor är inringade. Använd bilderna nedan (bilderna 1–5) och artikelnumret (se bild 6) i det här brevet för att avgöra om din eller din patients mask har magnetiska huvudklämmor. Maskerna är avsedda som gränssnitt vid applicering av CPAP eller patientbehandling på två nivåer.



Bild 1:
Amara View
Full Face
Mask



Bild 2:
DreamWisp
Nasal Mask



Bild 3:
DreamWear
Full Face
Mask



Bild 4: Wisp
och Wisp
Youth Nasal
Mask



Bild 5:
Therapy
Mask 3100
NC/SP

Som DME, distributör eller förskrivare av de här maskerna måste du vidta följande åtgärder för att förebygga risker för patienter:

- 3.1. Tillhandahåll det här säkerhetsmeddelandet och kopior av den medföljande patientversionen av säkerhetsmeddelandet ("säkerhetsmeddelandet till patient") samt vanliga frågor för uppdaterade kontraindikationer och varningar – korrigering av Philips Resironics-masker med magneter ("vanliga frågor") till alla i organisationen som måste få den här informationen, och till alla organisationer som de berörda enheterna har överförts till.

- 3.2. Om du tillhandahåller de berörda enheterna till patienter för pågående terapeutisk användning ska du tillhandahålla kopior av det medföljande säkerhetsmeddelandet för patienter och de vanliga frågorna till alla patienter som använder de berörda enheterna*. Om du **inte** levererar berörda enheter till patienter för pågående terapeutisk användning krävs ingen avisering till patienter. *OBS! Philips Respiration säljer de här produkterna via DME-leverantörer/distributörer/förskrivare och har kanske inte kontaktuppgifter till alla patienter.
- 3.3. **Fyll i företagssvarsformuläret** som medföljer i det här brevet och returnera det enligt instruktionerna i formuläret. Det här formuläret är en officiell bekräftelse på att du har fått säkerhetsmeddelandet till marknaden och utfört de åtgärder som krävs enligt den här korrigeringen för medicintekniska produkter.
- 3.4. Patienter ska **SLUTA** använda den berörda masken om implantatet/den medicintekniska produkten är kontraindiceras mot maskens magneter. Patienter bör rådgöra med sin läkare omedelbart för att avgöra om en annan mask kan användas under behandlingen. Under tiden kan du byta till en icke-magnetisk mask om sådan finns tillgänglig, för fortsatt behandling. Patienter ska kassera masken med magneter enligt gällande riktlinjer efter att ett alternativ har erhållits.
- 3.5. Om patienter, hushållsmedlemmar, vårdgivare och sängpartner som kan komma att vara i närheten av patienter inte har implanterade medicintekniska produkter eller metallflisor i ögat krävs ingen åtgärd relaterad till patienter.
- 3.6. Patienter kan kontakta Philips Respiration kundtjänst för att få veta mer om alternativa masker utan magneter. De kan kontakta sin utrustningsleverantör för att begära en ersättningsmask utan magnetiska huvudklämmor eller icke-magnetiska huvudklämmor.
- 3.7. Hushållsmedlemmar, vårdgivare och sängpartner med ett medicinskt implantat/en medicinteknisk produkt måste se till att masken hålls minst ca 15,24 cm (6 tum) från medicinska implantat/medicintekniska produkter.
- 3.8. Om DME-leverantörer, distributörer och förskrivare beslutar att fortsätta distribuera masker och masktillbehör med magneter till patienter ska de göra det enligt villkoren i säkerhetsmeddelanden till marknaden, och tillhandahålla en kopia av säkerhetsmeddelandet och tillhörande vanliga frågor (vanliga frågor för uppdaterade kontraindikationer och varningar – korrigering av Philips Respiration-masker med magneter) till köparen.

4. Åtgärder som Philips Respiration planerar för att korrigera problemet

Philips Respiration uppdaterar befintlig information om kontraindikationer och varningar enligt det här säkerhetsmeddelandet.

5. Om du behöver mer information eller hjälp i den här frågan kan du kontakta din lokala Philips Respiration-representant. Om du har allmänna problem eller frågor kontaktar du customer.support.nordic@philips.com.

Det här uppdaterade säkerhetsmeddelandet har rapporterats till lämpliga tillsynsmyndigheter. Biverkningar eller kvalitetsproblem som uppstår vid användning av den här produkten kan rapporteras till Läkemedelsverket. Philips Respiration beklagar de eventuella besvär som det här problemet orsakar.

Med vänlig hälsning

Thomas Fallon
Head of Quality, Philips Respiration.

Enheter som berörs av det här problemet – Bild 6:

Amara View Minimal Contact Full-Face Mask	
Artikelnummer	Beskrivning
1090602	S Amara View Mask w/HGR
1090603	M Amara View Mask w/HGR
1090604	L Amara View Mask w/HGR
1090622	S Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090623	M Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090624	L Amara View Mask w/ HGR, DOM
1090641	XS Amara View Mask w/HGR, JPN
1090642	S Amara View Mask w/HGR, JPN
1090643	M Amara View Mask w/HGR, JPN
1090644	L Amara View Mask w/HGR, JPN
1090651	XS Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090652	S Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090653	M Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090654	L Amara View Mask SE w/HGR, JPN
1090662	S Amara View Mask w/HGR, INTL
1090663	M Amara View Mask w/HGR, INTL
1090664	L Amara View Mask w/HGR, INTL
1090670	Amara View Mask w/HGR, FitPack
1090696	RP – Amara View Headgear, L
1090697	RP-Amara View Headgear, Standard
1135080	S AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1135081	M AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1135082	L AMARA VIEW MASK SE W/ HGR
1136626	Amara View Magnet Clip
1090670RTL	AMARA VIEW MASK W/HGR, FITPACK-RTL
1136626RTL	Amara View Full Face Magnetic Clips
1127142	S AMARA VIEW MASK W/HGR, JPN
1127143	M AMARA VIEW MASK W/HGR, JPN
1127144	L AMARA VIEW MASK W/HGR, JPN
1127145	RP – AMARA VIEW HEADGEAR, L
1127146	RP-AMARA VIEW HEADGEAR, STANDARD
1127198	XS AMARA VIEW MASK W/HGR, JPN
1130677	L AMARA VIEW MASK SE W/HGR, JPN
1130701	XS AMARA VIEW MASK SE W/HGR, JPN
1130702	S AMARA VIEW MASK SE W/HGR, JPN
1130728	M AMARA VIEW MASK SE W/HGR, JPN
1141323	25 S Amara View w/1DS Pro
1141324	25 S Amara View w/1DS Auto
1141327	25 M Amara View w/1DS Pro
1141328	25 M Amara View w/1DS Auto
1141329	5 L Amara View w/1DS Pro
1141330	25 L Amara View w/1DS Auto
1141343	AMARA VIEW MAGNET CLIP
1152184	Amara View Magnet Clip, RTL
1152185	Amara View Headgear, Std, RP-RTL
1152186	Amara View Headgear, RP, L, RTL
1152187	Amara View Mask w/HGR, FitPack, RTL
1152586	Small Amara View Mask with Headgear (15)
1152587	Large Amara View Mask with Headgear (15)
1152588	M Amara View Mask with Headgear (15 pck)
1152593	Amara View Mask w/HGR (15 pack, 3 sizes)
1153261	AMARA VIEW FIT PACK BUNDLE
1090664VGR	L Amara View Mask w/HGR, INTL
1090696RTL	RP – Amara View Headgear, L-RTL
1090697RTL	RP-Amara View Headgear, Standard-RTL
C0_1090662	S AMARA VIEW MASK W/HGR, INTL
C0_1090663	M AMARA VIEW MASK W/HGR, INTL
C0_1090664	L AMARA VIEW MASK W/HGR, INTL
C0_1090696	RP – AMARA VIEW HEADGEAR, L
C0_1090697	RP-AMARA VIEW HEADGEAR, STANDARD
D1090602	DEMO AMARA VIEW MASK SMALL
D1090603	DEMO AMARA VIEW MASK MEDIUM
D1090604	DEMO AMARA VIEW MASK LARGE
D1090670	DEMO AMARA VIEW FIT PACK-DISCOTD.
ES1090662	Amara View Mask
ES1090663	Amara View Mask
ES1090664	Amara View Mask

Wisp och Wisp Youth Nasal Mask	
Artikelnummer	Beskrivning
1094050	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1094051	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/MAG CLIPS DOM
1094053	WISP MASK, USA, FABRIC FRAME, W/ HDGR
1094060	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL
1094061	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, INTL
1094062	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL SE
1094070	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, JPN SE
1094071	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1094072	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME, W/ HDGR JPN
1094073	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1109298	WISP YOUTH MASK, FABRIC, W/MAG CLIPS DOM
1113954	XL, Wisp Mask, Fabric Frame, w/ HDGR, JP
1117119	MW, Wisp Mask, Fabric Frame, w/ HDGR, JP
1118060	P, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1118061	S/M, WISP MASK CLEAR FRAME, W/ HDGR DOM
1118062	L, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, DOM
1118063	XL, WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HGR, DOM
1118064	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, DOM
1118065	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME W/ HDGR, DOM
1118066	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, DOM
1118067	XL, WISP MASK, FABRIC FRAME W/ HGR, DOM
1120434	Wisp/DreamWisp Magnetic Headgear Clip,RP
1137360	Wisp Nasal Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1137361	Wisp Nasal Lab Mask, Clear Frame, DOM
1137366	S/M, Wisp Lab Mask, Fabric Frame, DOM
1137367	L, Wisp Nasal Mask, Fabric Frame, DOM
1137368	S/M, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1137369	L, Wisp Nasal Mask, Clear Frame, DOM
1137370	COMBOPACK, WISP LAB MASK ,DOM
1138989	P, WISP MASK,CLEAR FRAME, W/HDGR,1118060
1138991	L, WISP MASK, CLEAR W/ HDGR, DOM 1118062
1138992	XL,WISP MASK,CLEAR FRAME,W/ HGR,1118063
1138993	P, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118064
1138994	S/M,WISP MASK FABRICFRAME W/HDGR,1118065
1138995	L, WISP MASK,FABRIC FRAME,W/HDGR,1118066
1138996	XL,WISP MASK,FABRIC FRAME W/HGR, 1118067
1139009	S/M,WISPMASK CLEAR FRAME,W/ HDGR 1118061
1094051RTL	WISP MASK, FABRICFRM,W/MAG CLIPS DOM-RTL
1148366	DreamWisp/Wisp Magnetic Clips - RTL
1094052	WISP MASK, USA, CLEAR FRAME, W/ HDGR
1110409	P, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1110410	S/M, WISP MASK FABRIC FRAME, W/ HDGR JPN
1110411	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JPN
1113707	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, JPN SE
1116388	XL, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JP
1118712	MW, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, JP
1126875	WELCOME KIT, WISP, DREAMSTATION
1128191	WISP MAGNETIC HEADGEAR CLIPS, RP
1133994	WISP PED SCS CUSHION RP
1138460	S/M L, Fabric Combopck Wisp Lab Msk, DOM
1141332	25 WISP CLEARFRM W/1DS AUTO
1141333	25 WISP FABRICFRM W/1DS PRO
1141334	25 WISP FABRICFRM W/1DS AUTO
1152169	Wisp Mask, Clear Frame, W/ Hgr, RTL
1152170	Wisp Mask, Fabric Frame, W/ Hgr, RTL
1152520	WISP MASK WITH FABRIC FRAME (15 PACK)
1120434RTL	Wisp/DreamWisp Mag Headgear Clip,RP-RTL
D1094060	DEMO WISP MASK WITH CLEAR FRAME
D1094061	DEMO WISP MASK WITH FABRIC FRAME
H0_989804312631	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, INTL
HO_989805660151	WISP/DREAMWISP MAGNETIC HEADGEAR CLIP,RP
HO_989805665651	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL
HO_989805665661	WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR, INTL
HO_989805668541	WISP MASK, CLEAR FRAME, W/ HDGR, INTL SE
H1_300000777771	WISP MAGNETIC HEADGEAR CLIP S/A
H1_300000777781	WISP MAGNETIC FRAME CONNECTOR S/A
H1_300000981001	WISP MASK, CLEAR FRAME, W-MAG CLIPS, DOM

ES1094060	Amara View Mask
ES1094061	Amara View Mask
ES1094062	Amara View Mask
HO_989804313041	M AMARA VIEW MASK W/HGR, INTL
HO_989804313042	L AMARA VIEW MASK W/HGR, INTL
HO_989805657711	M AMARA VIEW MASK W/HGR
HO_989805657721	L AMARA VIEW MASK W/HGR
HO_989805659841	M AMARA VIEW MASK W/HGR, INTL
HO_989805659851	L AMARA VIEW MASK W/HGR, INTL
HO_989805660171	S AMARA VIEW MASK W/HGR, INTL
HO_989805665581	RP – AMARA VIEW HEADGEAR, L
HO_989805665591	RP-AMARA VIEW HEADGEAR, STANDARD
HO_989805666751	AMARA VIEW MAGNET CLIP
H1_300002222171	S AMARA VIEW MASK W/HGR
VIP1090622	S Amara View Mask w/ HGR, DOM
VIP1090623	M Amara View Mask w/ HGR, DOM
VIP1090624	L AMARA VIEW MASK W/ HGR, DOM
VIP1090696	RP – Amara View Headgear, L
VIP1090697	RP-Amara View Headgear, Standard

H1_300000981041	WISP MASK, FABRIC FRAME, W-MAG CLIPS, DO
H1_300001019551	WISP YOUTH MASK W/MAG CLIPS, DOM
H1_300002222231	L, WISP MASK, FABRIC FRAME, W/ HDGR,DOM
H1_300002222251	XL, WISP MASK, FABRIC FRAME W/ HGR, DOM
VIP1109298	WISP YOUTH MASK, FABRIC, W/MAG CLIPS DOM
VIP1137360	Wisp Nasal Lab Mask, Fabric Frame, DOM
VIP1137361	Wisp Nasal Lab Mask, Clear Frame, DOM
VIP1137370	Combopack, Wisp Lab Mask, DOM
VIP1138460	S/M L, FABRIC COMBOPCK WISP LAB MSK, DOM

DreamWisp Nasal Mask with Over the Nose Cushion	
Artikelnummer	Beskrivning
1137916	Fitpk DreamWisp Nsl, MED Con W/HGR GBL
1137918	FitPk DreamWisp Nsl, MED Con W/O HGR GBL
1137921	FitPk, DreamWisp Nsl, MED Con W/ HGR INT
1137922	P, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137923	S, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137924	M, DreamWisp Nsl, Med Conn W/O HGR GBL
1137925	L, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137926	XL, DreamWisp Nsl, Med Con W/O HGR GBL
1137927	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137928	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137929	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137930	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137931	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, GBL
1137932	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137933	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137934	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137935	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137936	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR, GBL
1137937	P, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137938	S, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137939	M, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137940	L, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137941	XL, DreamWisp NSL, SM CON, W/HGR, INT
1137942	P, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137943	S, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137944	M, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137945	L, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137946	XL, DreamWisp Nsl, Med Con, W/HGR INT
1137947	P, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137948	S, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137949	M, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137950	L, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137951	XL, DreamWisp Nsl, S-M-L Con, W/HGR, JPN
1137953	LABPK DreamWisp ALL CON S/M/L CUSH W/HGR
1137954	P/XL LABPK DreamWisp LAB PACK, S/L con
1137955	Combo LabPK DreamWisp
1137964	DreamWisp HEADGEAR, RP
1137965	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP
1137966	DreamWisp RS HEADGEAR, RP
1139332	P, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139333	S, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139334	M, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139335	L, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1139336	XL, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR KR
1144344	DreamWisp RS HEADGEAR-Lab, RP
1144345	DreamWisp LARGE HEADGEAR-Lab, RP
1144346	DreamWisp HEADGEAR - Lab, RP
1144502	FitPack, DreamWisp, USA
1148409	DreamWisp Headgear (RS)- RTL
1148410	DreamWisp HEADGEAR, RP- RTL
1148411	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP- RTL
1148913	P, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148914	S, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148915	M, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148916	L, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1148917	XL, DreamWisp Nsl, S-M Con, W/HGR CN
1137942AP	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137942CE	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137942RC	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC

1133450	DreamWear Full Headgear, RP	1137943AP	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1133454	Headgear Magnet Clip, RP	1137943CE	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1135275	S, DreamWear Full, Sm and Med Frm, CHN	1137943RC	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1135276	M, DreamWear Full, Sm and Med Frm, CHN	1137944AP	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1135277	SW, DreamWear Full,Sm and Med Frm, CHN	1137944CE	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1135278	MW, DreamWear Full,Sm and Med Frm, CHN	1137944RC	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1135327	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR	1137945AP	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1135388	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR	1137945CE	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1135389	SW, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR	1137945RC	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1135390	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm, KR	1137946AP	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, AP
1137430	Fitpack, DreamWear Full Lab,Med Frm, DOM	1137946CE	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, CE
1137431	Ext Sizepack,DreamWear Full Lab Msk, DOM	1137946RC	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR, RC
1137437	S, DreamWear Full Lab Msk,Med Frame, DOM	1137916RTL	FITPK DREAMWISP NSL, MED CON W/HGR -RTL
1137438	S, DreamWear Full Lab Mask,Sm Frame, DOM	1141756	DREAMWISP HEADGEAR, RP
1137439	M, DreamWear Full Lab Msk,Med Frame, DOM	1141757	DREAMWISP LARGE HEADGEAR, RP
1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL LAB MASK	1141808	DREAMWISP RS HEADGEAR, RP
1140235	S, DreamWear Full, Med Frm W/ HGR, USA	1152157	DreamWisp Nsl, P, Med Con, W/HGR, RTL
1143130	FitPack, DreamWear Full, Med Frame, USA	1152158	DreamWisp Nsl, XL, Med Con, W/HGR, RTL
1144347	DreamWear Full Headgear - Lab, RP	1152159	DreamWisp Nsl, Med Con W/HGR, Fitpk RTL
1146593	S, DreamWear Full Cushion, RP - RTL	1152551	DreamWisp Nasal Mask FitPack (15 pack)
1146594	M, DreamWear Full Cushion, RP - RTL	1137964RTL	DreamWisp HEADGEAR, RP-RTL
1146595	L, DreamWear Full Cushion, RP - RTL	1137965RTL	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP-RTL
1146596	MW, DreamWear Full Cushion, RP - RTL	1137966RTL	DreamWisp RS HEADGEAR, RP-RTL
1146597	DreamWear Full Headgear, RP - RTL	CE1137942	P, DREAMWISP NASAL MASK, MED CONNECTOR,
1148363	DreamWear Full Face Magnet Clip - RTL	CE1137943	S, DREAMWISP NASAL MASK, MED CONNECTOR,
1133375RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Small Cushion	CE1137944	M, DREAMWISP NASAL MASK, MED CONNECTOR,
1133376RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Medium Cushion	CE1137945	L, DREAMWISP NASAL MASK, MED CONNECTOR,
1133377RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Large Cushion	CE1137946	XL, DREAMWISP NASAL MASK, MED CONNECTOR,
1133378RTL	DreamWear Full Face Mask Kit, Medium Wide	DWMT2018	Fitpack, DreamWisp SPU
1133430RTL	S, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL	H0_989805659901	FITPK DREAMWISP NSL, MED CON W/HGR GBL
1133431RTL	M, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP-RTL	H0_989805659911	FITPK, DREAMWISP NSL, MED CON W/ HGR INT
1133432RTL	Philips Respirronics DreamWear Full Face Cushion	H0_989805659971	P, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR INT
1133433RTL	Philips Respirronics DreamWear Full Face Cushion	H0_989805659981	S, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR INT
1137470	Platformpack, DreamWear Lab Mask	H0_989805659991	M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR INT
1141326	25 S DreamWear Full w/1DS Auto	H0_989805660001	L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR INT
1141351	25 S DreamWear Full w/1DS Pro	H0_989805660011	XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR INT
1141352	25 M DreamWear Full w/1DS Pro	H0_989805660111	DREAMWISP HEADGEAR, RP
1141353	25 M DreamWear Full w/1DS Auto	H0_989805660121	DREAMWISP LARGE HEADGEAR, RP
1141355	25 L DreamWear Full w/1DS Auto	H0_989805660131	DREAMWISP RS HEADGEAR, RP
1144112	S Dreamwear UTN Med Frame, and S full cu	H0_989805662861	LABPK DREAMWISP ALL CON S/M/L CUSH W/HGR
1144113	M Dreamwear UTN Med Frame, and M full cu	H1_300004357261	DWISP CLIFF NASAL # FRAME
1144114	L Dreamwear UTN Med Frame, and L full cu	H1_300004498891	1137916-FITPK DREAMWISP NSL, MED CON W/
1152148	DreamWear Full S, w/ HGR, S-M Frm, RTL	H1_300004498971	1137923-S, DREAMWISP NSL, MED CON W/O HG
1152149	DreamWear Full M, w/ HGR, S-M Frm,RTL	H1_300004500681	1137924-M, DREAMWISP NSL, MED CON W/O HG
1152150	DreamWear Full L, w/ HGR, S-M Frm,RTL	H1_300004500691	1137925-L, DREAMWISP NSL, MED CON W/O HG
1152151	DreamWear Full MW, w/ HGR, S-M Frm,RTL	H1_300004500771	1137934-M, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR
1152152	DreamWear Full w/HGR, Fitpack,M Frm, RTL	H1_300004500791	1137935-L, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HGR
1152153	DreamWear Full S, w/o HGR, M Frm, RTL	H1_300004500921	1137946-XL, DREAMWISP NSL, MED CON, W/HG
1152154	DreamWear Full M, w/o HGR, M Frm,RTL	S4_884335000150	HH1143/00 DREAMWISP, P, MED CON, GBL (11
1152155	DreamWear Full L, w/o HGR, M Frm,RTL	VIP1137953	LABPK DreamWisp ALL CON S/M/L CUSH W/HGR
1152156	DreamWear Full S, w/o HGR, S Frm, RTL	VIP1137954	P/XL LABPK DreamWisp LAB PACK, S/L con
1152589	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm 15 pack	VIP1137955	Combo LabPK DreamWisp
1152590	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm(15 pack)	VIP1137964	DreamWisp HEADGEAR, RP
1152591	L, DreamWear Full, Sm & Med Frm(15 pck)	VIP1137965	DreamWisp LARGE HEADGEAR, RP
1152592	MW, DreamWear Full, Sm & Med Frm(15pck)	VIP1137966	DreamWisp RS HEADGEAR, RP
1152594	DreamWear Full, Sm & Med Frm 15 pack	S4_884316300010	HH1037/00 NASAL MASK FIT PK MIN CONTACT
1133370UA	S, DreamWear Full, Sm & Med Frm, Ukraine		
1133371UA	M, DreamWear Full, Sm & Med Frm, Ukraine		
1133372UA	L, DreamWear Full, Sm and Med Frame, UK		
1133373UA	MW, DreamWearFull, Sm and Med Frm, UK		
1133450RTL	DreamWear Full Headgear, RP-RTL		
CO_1133395	HH1133/00 DREAMWEAR FULL FACE DEMO PACK		
CO_1133400	HH1141/00 DREAMWEAR FULL FACE FITPACK (1		
D1133375	DEMO DREAMWEAR FULL SMALL (S&M FRAM		
D1133376	DEMO DREAMWEAR FULL MEDIUM (S&M FRA		
D1133377	DEMO DREAMWEAR FULL LARGE (S&M FRAM		
D1133378	DEMO DREAMWEAR FULL MED WIDE (S&M		
D1133395	DEMO DREAMWEAR FULL DEMO PACK (S M		
HO_989804316972	M, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, INTL		
HO_989805662851	FITPACK, DREAMWEAR FULL LAB, MED FRM, DOM		
HO_989805666601	S, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, GBL		
HO_989805666611	M, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, GBL		

Therapy Mask 3100 NC/SP

Artikelnummer	Beskrivning
1144608	Therapy Msk 3100 NC, fitpack, w/HGR, GBL
1144610	Therapy Msk 3100 SP, fitpack, w/HGR, GBL
1145038	Therapy Msk 3100 NC, fitpack, w/HGR, INT
1145039	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, CE
1145040	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, RC
1145041	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, AP
1145044	XS, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145045	S, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145046	M, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145047	L, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145048	MW, Therapy Mask 3100 NC, w/oHGR, GBL
1145049	Therapy Msk 3100 SP, fitpack, w/HGR, INT
1145050	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, CE

HO_989805666621	L, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, GBL
HO_989805666631	MW, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, GBL
HO_989805666651	S, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP
HO_989805666661	M, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP
HO_989805666671	L, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP
HO_989805666681	MW, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP
HO_989805666691	DREAMWEAR FULL HEADGEAR, RP
HO_989805667541	FITPACK, DREAMWEAR FULL, MED FRAME, GBL
HO_989805668691	S, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, INTL
HO_989805668701	M, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, INTL
HO_989805668711	L, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, INTL
HO_989805668721	MW, DREAMWEAR FULL, SM & MED FRM, INTL
H1_300003448521	DREAMWEAR FULL CUSHION MAGNET CUP
S4_884302200540	HH1141/00 DREAMWEAR FFF (1133400)
S4_884303900010	HH1133/00 DREAMWEAR FULL FACE DEMO PACK
S4_884329101010	HH1126/01 FULL FACE MASK DREAMWEAR S M C
S4_884329102010	HH1126/02 FULL FACE MASK DREAMWEAR S M C
S4_884329103010	HH1126/03 FULL FACE MASK DREAMWEAR S M C
S4_884329104010	HH1126/04 FULL FACE MASK DREAMWEAR S M C
S4_884329201010	HH1128/01 CUSHION DREAMWEAR FULL FACE
S4_884329202010	HH1128/02 FULL FACE MASK DREAMWEAR CUSHI
S4_884329203010	HH1128/03 CUSHION DREAMWEAR FULL FACE L
S4_884329300010	HH1131/00 HEADGEAR DREAMWEAR FULL FACE
VIP1133430	S, DreamWear Full Cushion, RP
VIP1133431	M, DreamWear Full Cushion, RP
VIP1133432	L, DREAMWEAR FULL CUSHION, RP
VIP1133433	MW, DreamWear Full Cushion, RP
VIP1133450	DreamWear Full Headgear, RP
VIP1137430	Fitpack, DreamWear Full Lab,Med Frm, DOM
VIP1137440	COMBOPACK, DREAMWEAR FULL LAB MASK
S4_884331701010	HH1127/01 FULL FACE MASK DW S M FRM CUSH
S4_884331702010	HH1127/02 FULL FACE MASK DW SM FR M CUSH
S4_884331703010	HH1127/03 FULL FACE MASK DW SM FR L CUSH
S4_884331704010	HH1127/04 FULL FACE MASK DW SM F MW CUSH

1145051	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, RC
1145052	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, AP
1145055	XS, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145056	S, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145057	M, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145058	L, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145059	MW, Therapy Mask 3100 SP, w/oHGR, GBL
1145060	Therapy Mask 3100 NC-SP, demopack, GBL
1145061	Therapy Msk 3100 NC, lab fitpack, single
1145062	Therapy Msk 3100 SP, lab fitpack, single
1145063	Therapy Mask 3100 NC-SP, lab combo, GBL
1145064	XS, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145065	S, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145066	M, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145067	L, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145068	MW, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
1145069	XS, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145070	S, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145071	M, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145072	L, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145073	MW, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
1145074	Therapy Mask 3100 NC-SP, frame, RP
1145459	XS, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145460	S, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145461	M, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145462	MW, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145463	L, Therapy Mask 3100 NC, w/HGR, GBL
1145464	XS, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145465	S, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145466	M, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145467	MW, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145478	L, Therapy Mask 3100 SP, w/HGR, GBL
1145916	Therapy Mask 3100 NC, lab fitpack, GBL
1145917	Therapy Mask 3100 SP, lab fitpack, GBL
1145042	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, CN
1145043	Therapy Mask 3100 NC, fitpack, w/HGR, JP
1145053	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, CN
1145054	Therapy Mask 3100 SP, fitpack, w/HGR, JP
1148383	XS, Therapy Mask 3100 NC,cushion,RP-RTL
1148384	S, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP-RTL
1148385	M, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP-RTL
1148386	L, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP-RTL
1148387	MW, Therapy Mask 3100 NC, cushion,RP-RTL
1148418	XS, Therapy Mask 3100 SP, cushion,RP-RTL
1148419, 1148420	S & M, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP-RTL
1148422	L, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP-RTL
1148425	MW, Therapy Mask 3100 SP, cushion,RP-RTL
1148429	Therapy Mask 3100 NC-SP, frame, RP-RTL
1149794, 1149795	Therapy Mask 3100 NC-SP, fitpack, w/HGR, KR
VIP1145063	Therapy Mask 3100 NC-SP, lab combo, GBL
VIP1145064	XS, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
VIP1145065	S, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
VIP1145066	M, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
VIP1145067	L, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
VIP1145068	MW, Therapy Mask 3100 NC, cushion, RP
VIP1145069	XS, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
VIP1145070	S, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
VIP1145071	M, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
VIP1145072	L, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
VIP1145073	MW, Therapy Mask 3100 SP, cushion, RP
VIP1145916	Therapy Mask 3100 NC, lab fitpack, GBL
VIP1145917	Therapy Mask 3100 SP, lab fitpack, GBL
1144609	Thrpy Msk 3100 NC, fitpack, w/oHGR, GBL
1144611	Thrpy Msk 3100 SP, fitpack, w/oHGR, GBL
1133454RTL	Headgear Magnet Clip, RP-RTL

VIKTIGT SÄKERHETS MEDDELANDE TILL MARKANDEN – SVARSFORMULÄR**Referens: 2022-CC-SCR-001**

Anvisningar: Fyll i och returnera alla sidor i detta formulär inom 30 dagar till Philips Respiration via e-post till Post_Mkt_Nordic@philips.com.

Kundens namn: _____

Gatuadress: _____

Stad/postnummer/land: _____

Vi bekräftar:

1. Mottagande och förståelse av det medföljande säkerhetsmeddelandet till DME/distributör/förskrivare, och bekräftar att brevet har tillhandahållits till alla som måste informeras inom organisationen och till organisationer som de berörda enheterna har överförts till.
2. Mottagande av patientversionen av säkerhetsmeddelandet och vanliga frågor och bekräftar antingen:
 - A. Att alla patienter som använder de berörda enheterna får patientversionen av säkerhetsmeddelandet och vanliga frågor, om ni förser patienter med berörda enheter för pågående terapeutisk användning.
 - B. Att ingen avisering till patienter krävs då vi inte levererar berörda enheter till patienter för pågående terapeutisk användning.

Namn på person som fyller i formuläret:

Signatur: _____

Namnförtydligande: _____

Befattning: _____

Telefonnummer: _____

E-postadress: _____

Datum (MM/DD/ÅÅÅÅ): _____